EP-CURE

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА

Руководство по эксплуатации

www.epdent.co.kr
epdent@epdent.co.kr

Мы благодарим Вас за приобретение лампы EP-CURE производства компании EPDENT, Ltd

1. Введение

EP-CURE – высокоэффективная, беспроводная, полимеризационная лампа, разработанная с учетом новейших технологий.
EP-CURE значительно сокращает время световой полимеризации, при этом обеспечивает превосходные результаты. Линзовая технология, эргономичный дизайн, прочный корпус из специального пластика, обладающий функцией рассеивания тепла. Длина волны от 420 до 495 нм.

2. Техника безопасности и меры предосторожности


Внимательно изучите инструкцию перед использованием прибора.
EP-CURE изготовлен в соответствии со стандартами ISO 13485, CE, FDA. Производитель не несет ответственности за поломки прибора в результате его некорректного использования.
Описание символов.



Гарантия не действительна в следующих случаях: 1. Поломка в результате ненадлежащего ремонта прибора.
2. Внесение изменений в конструкцию прибора без разрешения авторизированного сервисного центра.
3. Поломка в результате пожара, наводнения и других природных катаклизмов. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**.
Данный прибор должен использоваться только в стоматологии, специалистом, прошедшим профессиональную подготовку.
Этот прибор нельзя использовать вблизи воды, так как он не имеет водонепроницаемой защиты. Это может привести к поражению электрическим током.
Свет прибора нельзя направлять непосредственно в глаза, т.к. это может привести к нанесению травмы глазам.
Оптимальные условия для работы:
Температура: 10°C – 40°C
Влажность: 30 % - 70 %. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
Разрешается использовать только оригинальный сетевой адаптер.
Используйте светоотверждаемые материалы, полимеризуемые светом с длинной волны от 410 до 495 нм.
Необходимо использовать светозащитную насадку на световод.

3. Комплект поставки

Извлеките прибор из упаковки. Проверьте наличие всех комплектующих, указанных ниже. Если прибор повреждён или комплект не полный, обратитесь к продавцу, для решения вопроса или замены прибора. В комплект входит упаковка одноразовых чехлов.



4. Начало работы


4.1. Зарядка

- Для зарядки прибора положите его на подставку и подсоедините адаптер питания. Используйте только оригинальный адаптер.
- Адаптер питания 100-240В, 50-60Гц.

4.2. Этапы работы

- Прикрепите защитную насадку на световод.
- Установите таймер на нужное время
- Нажмите кнопку питания. Автоматическое отключение, после окончания времени полимеризации.
- По окончании работы положите лампу на подставку.

5. Описание кнопок



ВНИМАНИЕ!

- не погружайте прибор в воду.
- храните прибор в сухом чистом месте.
- если вы долго не используете прибор, храните его в оригинальной коробке.


LED CURING LIGHT
MD-CURE


LED Curing Light
EP-CURE
Instruction manual
SPEEDY