Адгезив Hi-Bond

Hi-Bond Universal – однокомпонентный, светоотверждаемый адгезив **7-го** поколения.

Состав: метакрилатный полимер, эталон, биоактивное стекло.

Показания к применению:

- Бондинг для прямых композитных реставраций всех классов
- Бондинг для фарфоровых, композитных и металлических реставраций, амальгамы и штифтов.
- Бондинг для фарфоровых виниров.

Инструкция по применению:

1. Подготовить полость зуба. Тщательно очистите поверхность зуба резиновой головкой с пастой, не содержащей фтора, затем промойте водой.

2. Изолируйте обрабатываемую поверхность. Раббер-дам является предпочтительным методом изоляции.

Техника «самопротравливания»

1. После подготовки полости промойте водой и высушите. Чрезмерная сушка может увеличить чувствительность пораженного участка после процедуры.
2. Достаньте охлажденный Адгезив Hi-Bond. Оставьте на **10 минут** при комнатной температуре. **Слегка встряхните** один или два раза.
3. Нанесите **1-2 капли** на поверхность и втирайте микроаппликатором в течении **20 секунд**.
4. Просушите поверхность сильной струей воздуха в течении **5 или более секунд**. Убедитесь, что на поверхности присутствует **однородный блеск**.
5. Отверждайте поверхность светом в течение **10 секунд (>465 нм 800-1200 мВт/см2),** расположив кончик световода на расстоянии не более **2 мм от поверхности**.
6. Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Техника «тотального протравливания»

1. После подготовки полости промойте водой и высушите. Чрезмерная сушка может увеличить чувствительность пораженного участка после процедуры.
2. Достаньте охлажденный Адгезив Hi-Bond. Оставьте **на 10 минут при комнатной температуре**. Слегка **встряхните** один или два раза.
3. Нанести материал для травления структуры зуба Any-Etch в соответствии с инструкцией.
4. Тщательно смойте Any-Etch водой.
5. Высушите полость, используя технику промакивания или воздушный пистолет.
   -НЕ СЛЕДУЕТ пересушивать живой зуб. Пересушивание может привести к развитию послеоперационной чувствительности.
   - Перед применением адгезива все нижеперечисленные вещества, замедляющие реакцию отверждения, должны быть **удалены с поверхности зуба** спиртом, лимонной кислотой или нанесения фосфорной кислоты в течение 2-3 секунд:
   1) Мельчайшие капли масла из наконечника;
   2) Слюна, кровь, экссудат.
6. Нанесите **1-2 капли** на поверхность и втирайте микроаппликатором в течении **20 секунд**.
7. Просушите поверхность сильной струей воздуха в течении **5 или более секунд**. Убедитесь, что на поверхности присутствует **однородный блеск**.
8. Отверждайте поверхность светом в течение **10 секунд (>465 нм 800-1200 мВт/см2),** расположив кончик световода на расстоянии **не более 2 мм от поверхности**. Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению

Упаковка: флакон 5 мл. **Срок годности:** 3 года

Меры предосторожности:

1. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие в целях, не предусмотренных данной инструкцией. Используйте изделие строго в соответствии с приведенными здесь рекомендациями.

2. Изделие предназначено для продажи и использования только работниками лицензированных стоматологических клиник. Данный материал не предназначен для использования лицами, не являющимися профессиональными стоматологами.

3. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие, если защитные пломбы на упаковке повреждены или есть сомнения в их подлинности.

4. Изолируйте зуб от попадания слюны в полость рта.

5. Если изделие вызывает у пациента аллергическую реакцию или повышенную чувствительность, следует немедленно прекратить использование препарата.

6. Не допускайте попадания изделия в глаза, на слизистые оболочки, кожу и одежду.

- в случае попадания изделия в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к офтальмологу.
-в случае попадания изделия на слизистую оболочку, немедленно протрите пораженную область, а затем тщательно промойте большим количеством воды.
- в случае попадания изделия на кожу или одежду, немедленно очистите пораженную область ватным или марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте.
- пациент должен прополоскать рот сразу же после лечения.

7. Не используйте после истечения срока годности.

Хранить в прохладном, защищенном от света месте.

Противопоказания к применению: Изделие содержит метакриловые мономеры, органические растворители и кислоты. Не используйте для лечения пациентов, у которых имеется аллергия или повышенная чувствительность к метакриловым и схожим с ними мономерами или органическим растворителям и кислотам.

Побочные действия: аллергические реакции на метакриловые мономеры.